



校准
CNAS L4630

校准证书

证书编号 (计)字 第 201440459号

送 检 单 位	杭州高电科技有限公司
计 量 器 具 名 称	绕组变形测试仪
型 号 / 规 格	CT3800
出 厂 编 号	2014060102
制 造 单 位	杭州高电科技有限公司
校 准 依 据	JJF/JL/008-2009

发证单位
(专用章)

批准人

核验员

杭州高电
专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2011)00006号

地址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路143号

邮编: 430074

EMAIL: wanghaiyan@sgepri.sgcc.com.cn

服务电话: 027-59834606

监督电话: 027-59834610

传 真: 027-59834608

国家高电压计量站

证书编号：(计)字 第 201440459 号

第 1 页 共 2 页

- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No. L4630
- 计量检定机构授权证书号：(国)法计(2011)00006 号
- 溯源性：本次校准所使用的计量器具均可溯源到国家最高计量标准
- 本次校准的技术依据（代号、名称）：
JJF/JL/008-2009 《绕组变形测试仪校准规范》
- 校准所使用的计量标准器具：

名称	型号	出厂编号	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	证书 有效期至
绕组变形 测试仪校 验装置	RZB-1	RZB090501	$\pm 0.1\text{dB}$	(计)字 第 201440365 号	2015.05.02

- 试品技术参数：

最大允许误差： ± 1.0 dB

- 校准环境条件及地点：

温 度： 23 °C 地 点：中国武汉·国家高电压计量站
湿 度： 57 %RH

- 校准结论及说明：

试品校准结果见数据

注：

1. 本站仅对加盖“国家高电压计量站校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准器具有效。
3. 请妥善保管此证书。

国家高电压计量站

证书编号: (计)字 第 201440459 号

第 2 页 共 2 页

校准数据

衰减量标准值 (dB)	衰减量显示值 (dB)				测量结果 不确定度 U , $k=2$ (dB)
	@1kHz	@10kHz	@100kHz	@300kHz	
-1.21	-1.3636	-1.36592	-1.34814	-1.35244	0.16
-2.02	-2.12374	-2.15195	-2.13613	-2.1458	
-4.30	-4.28285	-4.40719	-4.3929	-4.4129	
-6.12	-6.0206	-6.22661	-6.2109	-6.23675	
-8.22	-8.10888	-8.11285	-8.11444	-8.15521	
-9.90	-9.9251	-9.3881	-9.92471	-9.95952	
-20.03	-19.9703	-20.0496	-20.2244	-20.2672	
-29.82	-29.4318	-29.6835	-29.664	-29.6865	
-40.30	-39.3946	-40.2565	-40.2226	-40.1737	
-49.85	-49.8386	-49.3506	-49.2333	-49.0334	
敬告： 1. 仪器修理后，请立即进行校准。 2. 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 3. 为确保被校准仪器技术指标的准确可靠，建议下次校准时间为 2015 年 06 月 16 日之前。					

完