

anhu C
Metro
Metro

Anhui Changjiang Institute of Metrology & Measurement
Metrology Institute 910

Metrology station 3411 of the National Defense Science & Technology Industry

九一〇所
(国防科技工业 3411 二级计量站)

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: ZJ14-1706-1479
Certificate No.

委托方: _____
Customer
地址: _____
Add. of Customer
样品名称: 防雷元件测试仪
Description of Sample
型号/规格: CT5105
Model/Type
出厂编号: 01706017
NO.
制造厂/商: 杭州高电科技有限公司
Manufacturer

授权签字人:
Authorized Signatory

有凤云


发证单位 (盖章)
Issued by (Stamp)

核人:
Inspector

杭州高电
专业高电压试验
Professional high voltage test

Cal. Date Year Month Day
高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务

通讯地址 (Add): 杭州市文三路 555 (检测大楼) 邮政编码 (Post Code): 310013
服务电话 (Ser Tel): 0571-56830513 传 真 (Fax): 0571-56832657
电子信箱 (E-mail): 监督电话 (Sup Tel): 0551-65339567



九一〇所校准证书

证书编号: ZJ14-1706-1479

使用的测量标准器具:
Measurement Standards used

序号	名称	型号	编号	有效期
1	数字多用表	8508A	46793	2018/01/10
2	耐电压测试仪校准装置	JK2005	871307041	2018/01/10
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/

本计量标准的量值可以溯源至国家基准
This measurement standard used can be traced to the national primary standard in P.R.C.


校准依据文件(代号、名称) 参考 JJG795-2004 《耐电压测试仪检定规程》
Calibration Regulation(Code、Name) 仪器说明书

校准地点:
Address of Calibration 肇庆市气象公共安全技术支持中心

环境条件
Environmental conditions 空气温度: 20℃ 相对湿度: 60%
Temperature Rel Humidity

其它说明:
Remarks /

注: 1、本证书的校准结果仅对被校准样品有效。
The result relate only to the instrument calibrated.
2、未经本实验室书面授权, 不得部分复制本证书。
This report shall not be reproduced except in full without written approval of ACIMM.



第 2 页 共 3 页
Page of

九一〇所校准证书

证书编号: ZJ14-1706-1479

校准结果

Results of Calibration

项目	标准值 (V)	显示值 (V)	不确定度
电压校准	99.5	100	$U=0.8\%$ ($k=2$)
	251.3	250	
	499.5	500	
	999.0	1000	
电流校准	标准值 (μA)	显示值 (μA)	不确定度
	999.1	1000	$U=0.5\%$ ($k=2$)
	10.1	10.0	
	20.0	20.0	
	50.1	50.0	
	100.2	100.0	

以下空白
Blank Below

根据本所与客户协议, 对上述校准项目特作如下说明和建议:
1、在仪器正常使用情况下, 复校时间间隔不超过一年。



第 3 页 共 3 页
Page of