



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 热字第 1114055 号

Certificate No.

送 检 单 位	武汉鸿志高测电气技术有限公司
计 量 器 具 名 称	直读式盐密仪
型 号 / 规 格	CT5604
出 厂 编 号	---
制 造 单 位	杭州高电科技有限公司
校 准 依 据	JJG130-2004

批准人
Approved by

夏宗平

校准员
Checked by

刘 飞

校准员
Calibrated by

陈 明

杭州高电
Stamp
专业高试铸典范
Professional high voltage test

Date of Calibration
Year Month Day
2012 年 05 月 30 日
Recommend recal. Date
Year Month Day
2012 年 05 月 30 日

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2009)A001 号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市汉阳大道 119 号
Address
传真: (027) 84825873
Fax

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编: 430050
Post Code
电子邮件: jls@whbts.gov.cn
Email



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

证书编号: 热字第 1114055 号

Certificate No.

● 本所是国家法定计量检定机构, 是中国合格评定国家认可委员会认可实验室

This body is an institute of legal verification, it is also a accreditation laboratory accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment

授权单位: 湖北省质量技术监督局

Authorization body

授权证书号: (鄂)法计(2009)A001 号

Authorization certificate No.

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: No. CNAS L0581

Laboratory accreditation certificate number of China National Accreditation Service for Conformity Assessment

● 本次校准所使用的主要计量标准

Standards of measurement used in the Calibration

名 称 Name	证 书 编 号 Certification No	有 效 期 Valid date to
二等标准水银温度计	热字第 3108030 号	2012-11-18
二等标准水银温度计	热字第 3108029 号	2012-11-18

● 溯源性: 本次校准所使用的计量标准均可溯源到国家计量基准。

Traceability: Standards of measurement used in the Calibration can be traceable to national standards of measurement

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 25 °C
Temperature

湿度: 60 %RH
Humidity

其它: —
Others

地点: 本所
Place

114030

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。

This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

证书编号：热字第 1114055 号

Certificate No.

校 准 结 果

示 值(℃)	修 正 值(℃)
0	-0.1
20	0.0
50	+0.1
80	+0.2

标准装置的扩展不确定度： $U = 0.03\text{ }^{\circ}\text{C}$ $k = 2$

以下空白