



福建省计量科学技术研究所
FUJIAN METROLOGY INSTITUTE

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: (MLY)D2/10-03701

Certificate No.

委 托 者

Client

委托者地址

Client address

器 具 名 称

Instrument

制 造 厂

Manufactory

型 号 规 格

Type or size

器 具 编 号

Instrument number

全自动绝缘靴手套试验机

杭州高电科技有限公司

CT6B

20100827



批 准 人:

Authorized

核 验 员:

Checked by

校 准 员:

Calibrated by

校准日期: 2010 年 09 月 08 日

Date of calibrated Year Month Day

本所为国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (国) 法计 (2007) 01027 号; 中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可证书号: No. CNAS L0131

地址: 福州市屏东路 9-3 号
Address: 9-3 Pingdong Road Fuzhou

电话: 0591-87842087
Tel.

传真: 0591-87811744
Fax.

邮编: 350003
Post Code.

监督电话: 0591-87843005
Tel. for Supervisor

未经本所批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by fujian metrology institute

本次校准所使用的主要计量标准器具
Main measurement standards used in this calibration

名 称 Name	型号/规格 Type or size	不确定度/准确度 Uncertainty or accuracy	证书编号 Certificate No.
数字多用表	34401A	$\pm 0.1\%$	QLYJ02/10-00325
交直流分压器	FJ-60	$\pm 0.5\%$	陕合2010-0259

(以上计量标准器具均量值溯源至国家计量基准)

校准地点及环境条件

Location and environmental conditions for the calibration

地点: 本所

Location:

温度: 23.0 °C, 相对湿度: 60 %

Temperature:

Relative Humidity:

% 其它: /

Others:

本次校准所依据的技术规范(代号、名称)
Technical specification for the calibration (code, name)

JJG404-2003 高压静电电压表检定规程

校准数据/结果:

Calibration results:

1. 高压:

示 值 (kV)	AC 实际值 (kV)
5	5.090
10	9.98
15	14.71
20	19.63
25	24.57
30	29.20
35	34.01
40	38.89
45	43.99

说明: 本次校准标准装置的不确定度: $k=1$ 4-2。

Remarks: